



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółowie Podlaskim**

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20,
fax /25/ 787-60-83

www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl

NIP: 823-14-22-165, REGON:
000306779

Znak sprawy:FZ-312-16/17

Sokołów Podlaski,25.05.2017 r

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na zakup i systematyczną dostawę pasków do badania moczu wraz z dzierżawą analizatora w okresie 36 miesięcy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim.

Pytanie 1

Dotyczy wymaganych parametrów granicznych analizatora-pkt. 22: W celu prawidłowego oszacowania oferty prosimy o wskazanie dostawcy laboratoryjnego systemu informatycznego?

Odpowiedź: Dostawca laboratoryjnego systemu informatycznego- MARCEL.

Pytanie 2

Dotyczy wymaganych parametrów granicznych analizatora-pkt. 19: Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie w ramach oferty UPS model APC 650VA ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Dotyczy wymaganych parametrów granicznych analizatora-pkt. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty instrukcji obsługi analizatora w formie elektronicznej (PDF.) zapisanej na płycie CD/DVD/Pendrive?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Dotyczy wymaganych parametrów granicznych analizatora-pkt. 23: Czy przez „stację roboczą” zamawiający rozumie zestaw komputerowy z drukarką wymieniony w pkt. 19?

Odpowiedź: Zestaw jak w pkt. 19 plus konfiguracja komputera w programie Marcela.

Pytanie 5

Dotyczy wymaganych parametrów granicznych analizatora-pkt. 28: Wnioskujemy o doprecyzowanie tego warunku „Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię analizatora wynosił maksymalnie 24 godziny (w dni robocze od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)”

Odpowiedź: W przypadku awarii analizatora serwis naprawi aparat w ciągu 24 godz lub dostarczy sprawnie działający zastępczy analizator w czasie 24 godzin -na czas

naprawy analizatora dzierżawionego lub poniesie koszty wysłania i wykonania badań przez inną jednostkę na zlecenie zamawiającego

Pytanie 6

Dotyczy wymaganych parametrów granicznych analizatora-pkt. 29: Wnioskujemy o zmianę zapisu biorąc pod uwagę różnorodność awarii oraz fakt, że wymaga to czasem sprowadzenia części z zagranicznych magazynów, na „W przypadku przedłużającej się awarii, niesprawności aparatu powyżej 48 godzin do momentu naprawy wykonawca poniesie koszty wysłania i wykonania badań przez inną jednostkę na zlecenie zamawiającego lub dostarczy sprawne urządzenie zastępcze na czas naprawy (w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)”

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 5.

Pytanie 7

Dotyczy projektu umowy –zał. Nr 4 (par. 3 ust. 4): W związku z wysyłką towaru bezpośrednio od producenta z zagranicy i brakiem możliwości dołączenia do dostawy faktury VAT, która drukowana jest w Polsce czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłanie faktury VAT w postaci osobnej przesyłki a dołączenie do dostawy wykazu zamówionych towarów zawierającego nazwę i numer katalogowy zamawianej pozycji, ilość opakowań oraz numer serii?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8

Prosimy o zastąpienie słowa „bezpłatnie” w zapisach dokumentacji postępowania na zwrot „w ramach wynagrodzenia umownego”

Słowo „bezpłatne” / „nieodpłatne” sugeruje umowę darowizny a jest to zamówienie publiczne, czyli umowa na odpłatne świadczenie dostawę, usług i robót. Stąd zamiast używać słowa „bezpłatne”, „nieodpłatne” należy używać sformułowania „w ramach wynagrodzenia umownego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zastępuje słowo „bezpłatnie” w zapisach dokumentacji postępowania na zwrot „w ramach wynagrodzenia umownego.

Pytanie 9

Dotyczy umowy dzierżawy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu dostawy urządzeń do 14 dni roboczych ?

Odpowiedź: Tak.

Dyrektor
Ewa Wojciechowska