



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Znak sprawy: FZP-2810-1/12

Sokołów Podlaski 10.04.2012 r.

Pytania i Odpowiedzi

Dotyczy: Zakup i systematyczna dostawa błon i odczynników rentgenowskich ogłoszonego w BZP dnia 02.04.2012 r. pod nr 102746-2012.

Pytanie 1.

W związku z tym, że jednym z kryterium oceny jest jakość 20% prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, jakie parametry będą oceniane oraz ich przedziały i punktację.

Odpowiedź: W ramach kryterium ocena jakościowa zamawiający oceni jakość dostarczonych próbek pod kątem kontrastu – różnic w jasności szczegółów widocznych na zdjęciu, rozróżnialnych wzrokiem.

Pytanie 2.

Prosimy Zamawiającego o podanie, które i ile z wywoływarek będą wymagać dostosowania parametrów do oferowanych błon przez Wykonawcę, w przypadku zaoferowania błon innego producenta niż Agfa.

Odpowiedź: Zamawiający posiada dwie wywoływarki firmy KODAK:
X-OMAT 2000,
MIN-R Mammography

DYREKTOR
Krzysztof Lubiński