

Opis przedmiotu zamówienia

/ załącznik nr 1 do siwz/

ANALIZATOR do analizy badania ogólnego moczu			
Lp.	Wymagane parametry graniczne	Parametr wymagany	Opis/dane techniczne
1.	Półautomatyczny analizator moczu	Podać model/typ/producenta	
2.	Aparat fabrycznie nowy	Rok produkcji	
3.	Automatyczne definiowanie przez aparat barwy moczu, definiowanie klarowności moczu z aparatu, kompensacja własnego zabarwienia moczu	TAK	
4.	Flagowanie i wydruk wyników w wybranych jednostkach	TAK	
5.	Wprowadzanie wyników mikroskopowego badania osadu moczu z ekranu dotykowego analizatora	TAK	
6.	Możliwość analizy próbek pilnych	TAK	
7.	Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu, automatyczne usuwanie zużytych pasków	TAK	
8.	Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru	TAK	
9.	Konsolidacja wyników ogólnego badania i osadu moczu w pamięci analizatora i na wydruku z analizatora	TAK	
10.	Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji	TAK	
11.	Automatyczna kalibracja bez użycia zewnętrznych pasków kalibracyjnych, standaryzujących i wpisywania kodów	TAK	
12.	Pamięć odczytów fizykochemicznych pacjentów – min 500, pamięć odczytów kontroli jakości - min 200	TAK	
13.	Wydajność analizatora – min. 500 [ozn / h]	TAK	
14.	Możliwość wprowadzania numerów identyfikacyjnych pacjentów do analizatora poprzez ekran dotykowy aparatu, podłączony do analizatora czytnik kodów kreskowych lub klawiaturę komputera	TAK	
15.	Dotykowy, kolorowy ekran	TAK	
16.	Serwis producenta analizatora	TAK	
17.	Udział w międzynarodowej kontroli porównawczej producenta aparatów, z możliwością gromadzenia oraz statystycznego opracowania wyników kontroli.	TAK	
18.	Paski i kontrole od jednego producenta, kompatybilne z oferowanymi aparatami	TAK	

19	Analizator zaopatrzony dodatkowo w nowy zewnętrzny komputer klasy PC system Windows XP, monitor LCD min. 17" wraz z nową drukarką laserową oraz oprogramowanie użytkowe w języku polskim: Cechy ww. oprogramowania: - dopisywanie składników osadu moczu - rejestracja danych demograficznych pacjenta i zleceńdawcy, - archiwizacja i wyszukiwanie danych pacjenta oraz zleceńdawców, -Raportowanie: dzienne, tygodniowe, miesięczne, -Kontrola jakości, -możliwość wydruku pełnego wyniku pacjenta	TAK	
20	UPS podtrzymujący pracę nie mniej niż 30 minut	TAK	
21	Dostarczenie wirówki do wirowania moczy produkcji polskiej	TAK	
22	Opinie minimum 5 użytkowników aparatu w Polsce	TAK	
23	Dokładny opis i instrukcja obsługi aparatu oraz dokładny opis proponowanego asortymentu	TAK	
24	Podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego	TAK	

Wszystkie parametry graniczne muszą być potwierdzone załączonymi broszurami, instrukcją obsługi analizatora Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Data i pieczęć firmowa

.....

Podpis osoby upoważnionej

.....

Oferta cenowa na dostawę pasków do moczu oraz dzierżawę analizatora /załącznik nr 2 do siwz/

I.p.	Nazwa asortymentu	Numer katalogowy	Wielkość opakowań	Ilość opak.	Cena 1 opak. netto	% VAT	Cena 1 opak. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Paski testowe: odczyt 10 parametrów: glukoza, białko, bilirubina, krew, leukocyty, pH, urobilinogen, azotyny, ciężar właściwy, ciała ketonowe								
2	Paski kontrolne do prowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na dwóch poziomach								
3	Dzierżawa analizatora				Wartość dzierżawy za 1 miesiąc		Wartość dzierżawy za 1 miesiąc		
RAZEM									

Słownie-

Data i pieczęć firmowa

.....

Podpis osoby upoważnionej

.....

