

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ul.Ks.Jana Bosko 5  
08-300 Sokołów Podlaski

19.05.2011r

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na systematyczną dostawę pasków do badania moczu i dzierżawę analizatora.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga żeby oferowany analizator miał możliwość różnicowania krwinek normalnych i wyługowanych.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wymaga żeby oferowany analizator miał możliwość różnicowania krwinek normalnych i wyługowanych.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający przewiduje wykonywanie na oferowanym analizatorze badań mikroalbuminurii a jeśli tak to w jakim wymiarze.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający przewiduje wykonywanie badań mikroalbuminurii na oferowanym analizatorze w wymiarze 200 badań w trakcie trwania umowy.

Dyrektor

Krzysztof Lubiński